

TEST WEEGAPPARAAT OHAUS LS200 (2) *B.J.Speek*

In de beschrijving van dit weegapparaat (OHV Nr.83) is een foutje geslopen. De nauwkeurigheid van het apparaat is niet *0,75gram* maar *0,75%* en dat maakt natuurlijk nogal wat verschil.

De heer P.de Goede heeft het apparaat bij zijn werk voor het NIOO in de open lucht gebruikt en constateerde geen enkele afwijking. Nu moet er bij gezegd worden, dat hij in het bos werkte waar vrijwel geen wind te bekennen viel.